



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 5410/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando a substituição do tanque da sala de esterilização da UBS Imaruí, bairro Imaruí.

JUSTIFICATIVA:

O tanque da sala de esterilização da UBS Imaruí encontra-se apoiado sobre uma base improvisada de tijolos, o que compromete a estabilidade e a segurança do equipamento. Essa condição inadequada pode afetar o funcionamento correto do tanque, prejudicando os processos de higienização e esterilização dos materiais médicos. A substituição do tanque por um equipamento adequado é fundamental para garantir a eficiência dos procedimentos, a segurança dos profissionais de saúde e a qualidade do atendimento à população.

SALA DAS SESSÕES, EM 10 DE SETEMBRO DE 2025

SANDRO ROBERTO SERPA
VEREADOR - PSDB